

تاریخ:

بسمه تعالی

سیم کارت ایرانسل با شماره	و با شماره سریال
برای استفاده در دستگاه ثبت دما به مرکز	شماره تلفن
آدرس:	و کد پستی
و با مسئولیت خانم / آقای	تحویل داده شد.

کاربر محترم با سلام و عرض احترام لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.

با توجه به تجربیات این شرکت در مورد تولید و نصب دستگاههای ثبت دما و عکس العمل مصرف کنندگان گرامی در قبال آن، لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید.

- 1- گاهی پس از نصب دستگاه ثبت دما، کنترل دما رها می شود و پس از چند ماه و بروز مشکل با شرکت تماس گرفته میشود. در صورتی که می بایست حداقل هفته ای یک بار دماها و صحت کارکرد دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود مشکل نسبت به رفع آن اقدام شود.
- 2- زمانی که دستگاه آژیر می کشد نشان دهنده خارج بودن دما از محدوده مجاز میباشد و نباید دستگاه را از برق کشید و در صورت کشیدن میبایست پس از رفع مشکل دما دوباره دستگاه را به برق متصل نمود. لذا دستگاه در حالت خاموش دمائی را ثبت نخواهد کرد.
- 3- به دلیل استفاده از سیم کارت اعتباری در دستگاه ثبت دما، بررسی میزان شارژ سیم کارت به عهده ی کاربر بوده و دستگاه در زمان شارژ نبودن سیم کارت از ارسال پیامک و هشدار معذور است.
- 4- در صورت عدم اتصال دستگاه به برق اضطراری، زمانی که برق شهری قطع شود، دستگاه خاموش و تا وصل نشدن برق خاموش خواهد ماند و در این فاصله ثبت دما صورت نمی گیرد و برای رفع این مساله می بایست دستگاه به برق اضطراری متصل گردد و در صورت نبود آن می توان از یو پی اس یا باتری پشتیبان (محصول دارستان صنعت) استفاده کرد. که هزینه این کار به صورت مجزا محاسبه می شود.
- 5- اپراتور های تلفن همراه، قوانین متفاوتی دارند و ممکن است در صورتی که پس از یک ماه سیم کارت هیچ فعالیتی (ارسال و یا دریافت پیامک و یا زنگ) نداشته باشد آن را غیر فعال کنند. به همین دلیل و هم به خاطر اطمینان از شارژ و صحت عملکرد، می بایست سیستم هشدار تست شود.
- 6- با توجه به اینکه مالک سیم کارت شرکت دارستان صنعت می باشد، مسئولیت و عواقب قانونی ناشی از سوء استفاده از آن به عهده تحویل گیرنده می باشد.
- 7- با توجه به موارد فوق شرکت دارستان صنعت مسئولیتی در قبال مواد مورد نگهداری ندارد.

مهر و امضا مرکز:

مهر و امضا شرکت دارستان صنعت